Pravidla pro posílání pipet do kalibrační laboratoře:

Vážený kliente,
tato pravidla byla vytvořena pro ochranu Vašeho vlastnictví, abychom zajistili co nejbezpečnější manipulaci, evidenci pipet a taktéž ochranu našich pracovníků před infekcemi a nebezpečnými látkami. Prosíme Vás proto, abyste je dodržovali.

Děkujeme, Váš tým servisu a Kalibrační laboratoře MEDESA s.r.o.

Pravidla:

1) Pipety pro kalibrace nebo opravy vyčistěte a dekontaminujte.
2) Pipety řádně zabalte, aby byla zajištěna co nejbezpečnější přeprava – použijte bublinkový igelit, polystyrenové peletky či papír ze skartovačky atd.
3) K pipetám přiložte řádně vyplněnou objednávku. Můžete použít formulář ke stažení na www.medesa.cz s potvrzením o dekontaminaci nebo při osobním převzetí pracovníkem společnosti MEDESA s.r.o. nebo společnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. s vyplněným firemním Zakázkovým listem nebo ručně vypsaným dodacím listem.
4) U produktů značky Eppendorf bude provedena základní údržba a kontrola (těsnost, promazání) nebo dle požadavku minimální servis – minimální údržba s výměnou dílů v celkové výši s prací do: cena viz. objednávkový formulář.
5) K pipetám přiložte dostatečný počet Vámi používaných špiček, nejsou-li zn. Eppendorf, v opačném případě budou ke kalibracím použity špičky Eppendorf. Tato skutečnost bude zaznamenána v Kalibračnímu listu. (na jednu sérii měření, 10x u fixní pipety, je třeba počítat s minimálně 11ti špičkami, u nastavitelných pipet je sérií 3x 10 a u vícekanálových x počet kanálů). Posílejte alespoň 15 špiček na kanál a jednu sérii měření.
6) Předání může být provedeno prostřednictvím pošty, jakékoli zásilkové služby nebo osobním odběrem pracovníka společnosti MEDESA s.r.o. nebo společnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
7) Pokud jsou pipety do Kalibrační laboratoře posílány přes třetí osobu, v případě jejich nedostatečného zabalení za škodu neručí Kalibrační laboratoř MEDESA s.r.o.

V Říčanech dne 31.8.2009

Jiří Jirsa
vedoucí Kalibrační laboratoře